Detección de ECG

Detecta ECG haciendo clic en "Inicio" en la aplicación. Entrará en automático modo de detección después de comenzar. Presione su dedo contra el electrodo lateral de la pulsera, no mueva su dedo y quedarse quieto.

Precauciones

1.No utilice un adaptador con una corriente superior a 2A.
El tiempo de carga es de alrededor de 2 ~ 3 horas.
2.No cargar después de que el dispositivo fue dañado por agua
3. Este es un producto de monitoreo electrónico, datos recibidos.
A partir de ella no se puede utilizar como base médica
Punta de la prueba de la presión 4.Blood:
a) Mantenga su cuerpo relajado y quieto durante la prueba.
b) Mantenga el dispositivo a la misma altura que su corazón,y no hables mientras estás probando

Notice d'utilisation rapide de l'anneau

Introduction de composant

Zone d'affichage
Électrode arrière R
Température
Touche tactile
Électrode avant

Capteur de fréquence cardiaque
Chargement USB interface

Remarque: lors du test de l'ECG, vous devez contacter les trois électrodes avec la peau

Recharge et activation de la montre

Pour la première utilisation, veuillez sortir le bracelet et le charger avec le chargeur correspondant. Lors de la charge, le bracelet s'allumera automatiquement (la méthode de charge est illustrée dans la figure suivante: retirez le corps du bracelet de la dragonne et branchez le port de charge sur le port USB standard. La tension de charge est de 5V.) La grille de la batterie s'affiche en défilement lors du chargement et la grille sera pleine lorsqu'elle sera complètement chargée.

Débranchez d'abord la sangle (touchez l'extrémité du bouton)

Branchez sur le port USB de chargement (notez le sens)

Installer le bracelet APP

Scannez le code QR ou entrez dans les principaux marchés d'applications Téléchargez et installez "SmartHealth"

Configuration requise pour le périphérique: iOS 9.0 et supérieur; Android 4.4 et supérieur, Bluetooth 4.0 est pris en charge.

Ouvrez le client mobile pour configurer les informations personnelles.

↓

Passez à la page "Périphérique" et cliquez sur le périphérique de reliure

↓

Cliquez sur votre appareil dans la liste des appareils analysés.

↓

Reliure terminée

Interface de fonction principale

Interface principale / dial

Dans le menu APP, cliquez sur "Sélection du thème" Basculez l'interface principale / cadran. Les cadrans sont disponibles en 5 styles

Podomètre / Distance / Calories

Voir les étapes, la distance, les calories graver en temp réel Il peut synchroniser des applications dans temps s pour voir les données de mouvement.

Interface de température corporelle

Passez à l'interface de test de température pour entrer la température en temps réel données de mesure et d'essai Il peut être mis à jour vers le type APP de façon synchrone et a un rapport de test.

Remarque: lors de la mesure de la température corporelle, l'électrode inférieure doit être entièrement en contact avec la peau (test après 10 minutes de port) Le test de température corporelle sera affecté par la différence de température environnementale et ne sert que de rappel d'avertissement.Veuillez vous référer à l'équipement médical professionnel et au diagnostic du médecin pour plus de détails

Surveillance de la fréquence cardiaque

Basculez vers l'interface du moniteur de fréquence cardiaque, Surveillance de la fréquence cardiaque, en temps réel Les données de mesure peuvent être synchronisées avec l'application en temps réel avec un rapport de test.

Surveillance de la pression artérielle

Basculer vers le moniteur de pression artérielle interface, pour entrer dans la surveillance en temps réel. Les données de mesure peuvent être synchronisées avec l'application en temps réel avec un rapport de test.

Basculer vers le moniteur de pression artérielle interface, pour entrer dans la surveillance en temps réel.

Les données de mesure peuvent être synchronisées avec l'application en temps réel avec un rapport de test.

Interface oxygène sanguin

Passez à l'interface de test de l'oxygène dans le sang pour entrer la détection en temps réel de l'oxygène dans le sang et données de mesure Il peut être mis à jour vers l'APP de façon synchrone, et il y a un rapport de test.

Moniteur de fréquence respiratoire

Passer à cette interface, le bracelet automatiquement active la mesure de la fréquence respiratoire unique mode, après la vibration de l'appareil, vous pouvez lire le données de mesure sur l'appareil.

Interface de mouvement

Appuyez longuement pour accéder à la détection du mode sport. Il existe plusieurs modes sportifs parmi lesquels choisir.

Appuyez longuement pour entrer en mode sport, cliquez pour changer modes, appui long pour démarrer le calcul, appui long pour arrêter.

Interface de messages

Dans l'interface de message, vous pouvez afficher le message en trois secondes à Chang'an.Après avoir vu le message, appuyez et maintenez trois secondes pour sortir.

Refuser les appels par bracelet

Après la connexion avec le mobile, l'appel sera affiché sur l'appareil. Appuyez longuement sur le toucher pour refuser les appels entrants.

Page d'arrêt

Sur la page d'arrêt, appuyez longuement sur bracelet pendant plus de trois secondes pour se débarrasser de.

Autres rappels de fonctionnalités

La fonction de rappel doit être définie pour activer commutateur de rappel sur le côté APP, et garder le mobile éléphone et le bracelet connectés avec succès Bluetooth. Le message est un rappel de vibration.

Méthode de test ECG correcte



conseils: veuillez porter le bracelet étroitement, garder la tôle à l'arrière du bracelet près de la peau, et toucher la tôle sur le devant du bracelet avec vos doigts

Détection ECG

Détectez l'ECG en cliquant sur "démarrer" sur APP. Il entrera automatiquement mode de détection après le démarrage. Appuyez votre doigt contre le électrode latérale du bracelet, veuillez ne pas déplacer votre doigt et rester immobile.

Précautions

1.N'utilisez pas d'adaptateur avec un courant supérieur à 2A. Le temps de charge est d'environ 2 à 3 heures
2. Ne chargez pas après que l'appareil ait été endommagé par l'eau
3.C'est un produit de surveillance électronique, données reçues de celui-ci ne peut pas être utilisé comme base médicale.
4. pointe de test de pression sanguine:
a) Gardez votre corps détendu et immobile pendant les tests.
b) Gardez l'appareil à la même hauteur que votre cœur,et ne parlez pas pendant que vous testez